

## CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO  
11122/2410720435

PÁGINA 1 de 1

### ENTIDADE

NOME Câmara Municipal de Lisboa  
ENDEREÇO Edifício Central do Município - Campo Grande N.º 25 - 8.º Bloco A  
1749-099 Lisboa

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO Cinemómetro-radar fixo  
MARCA PolCam  
MODELO SmartEye ST-1  
NÚMERO 0111.ST-1  
CONSTITUIÇÃO Unidade principal de número de série (NS): 0111.ST-1;  
Unidade cinemométrica: SmartMicro UMRR-0A4903 -1D,  
de NS: 0x00326A4;  
Sistema fotográfico: Manta G-507B, de NS: 603492544.

### CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO -----  
INTERVALO DE INDICAÇÃO [10; 300] km/h  
RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR 1 km/h  
IDENTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DE MODELO 111.22.21.3.82

### OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO Primeira Verificação  
DATA 2024-03-19  
MÉTODO Comparação com recetores GPS de referência  
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA Procedimento PT 1112205501  
RASTREABILIDADE METROLÓGICA Ao SI através de osciladores de referência do METAS e do IPQ  
RESULTADO Aprovado

Etiqueta Informativa n.º 2024-001-072043-5

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 352/2023 de 14 de novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos cinemómetros, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

RESPONSÁVEL DE DOMÍNIO  
VELOCIDADE

DIRETORA  
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).