Instituto Português da ualidade



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Santarén PORTUGUESE INSTITUTE FOR QUALITY

Rua António Gião, 2 2829-513 CAPARICA Portugal Tel. 212 948 185 Fax. 212 948 188 metrologia@ipq.pt www.ipq.pt

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO 111.22/1541225

PÁGINA 1 de 1

ENTIDADE

NOME

ENDEREÇO

Polícia de Segurança Pública Avenida António Augusto de Aguiar, 20, 6º piso 1050 - 016 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

DESIGNAÇÃO MARCA MODELO NÚMERO CONSTITUIÇÃO Cinemómetro - radar Multanova

MUVR-6FD 09-99-1819

Unidade principal: ZSE/6F, de número: 09-99-1819; Antena radar: DRS-2, de número: 09-99-1819; Unidade de comando: BG/6F, de número: 09-99-1819;

Máquina fotográfica: SmartCam SC1, de número: 625-000/62502.

APROVAÇÃO DE MODELO COMPLEMENTAR

111,20,12,3,09

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CLASSE DE EXATIDÃO

INTERVALO DE INDICAÇÃO

RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR

FREQUÊNCIA DE EMISSÃO ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

LARGURA DO LOBO PRINCIPAL

ATENUAÇÃO LOBO PRINCIPAL

20 km/h a 250 km/h

1 km/h

 $(34,3 \pm 0,1)$ GHz

(22 ± 3)º em relação à direção da via

< 70 > 15 dB

OPERAÇÃO EFETUADA

TIPO DATA

MÉTODO

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA RASTREABILIDADE METROLÓGICA

RESULTADO

Verificação Periódica

2015-04-30

Comparação com recetores GPS de referência

Procedimento PT 1112205501

Ao SI através do recetor GPS CIN01

Aprovado, em conformidade com o Regulamento em vigor

A operação associada a este Certificado de Verificação é válida até 31 de dezembro de 2016, de acordo com o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 291/90 de 20 de setembro.

Caparica, 18 de maio de 2015

OLIVIER PELLEGRINO RESPONSÁVEL DE DOMÍNIO

VELOCIDADE

ISABEL GODINHO DIRETORA DE UNIDADE

LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).