

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO
11122/2410722857

ENTIDADE

| | |
|----------|--|
| NOME | Polícia de Segurança Pública |
| ENDEREÇO | Avenida António Augusto de Aguiar, 20, 6. ^º piso 1050 - 016 Lisboa |

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO

| | |
|--------------|---|
| DESIGNAÇÃO | Cinemómetro-radar fixo |
| MARCA | Jenoptik Robot GmbH |
| MODELO | MultaRadar C |
| NÚMERO | 504-330/61220 |
| CONSTITUIÇÃO | Sensor cinemométrico: RRS24F-SD2/20, de número de série (NS): 590-106/87117; Unidade de processamento: MPU, de NS: 649-010/62882; Unidade fotográfica: SC III Head XC6.0S, de NS: 648-027/60339. |

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| CLASSE DE EXATIDÃO | ----- |
| INTERVALO DE INDICAÇÃO | [10; 300] km/h |
| RESOLUÇÃO DO DISPOSITIVO AFIXADOR | 1 km/h |
| IDENTIFICAÇÃO DA APROVAÇÃO DE MODELO | 111.20.21.3.31 |

OPERAÇÃO EFETUADA

| | |
|-----------------------------|---|
| TIPO | Verificação Periódica |
| DATA | 2024-10-24 |
| MÉTODO | Comparação com receptores GPS de referência |
| DOCUMENTO DE REFERÊNCIA | Procedimento PT 1112205501-05 |
| RASTREABILIDADE METROLÓGICA | Às unidades SI, através do receptor GPS do IPQ, de NS 4011093, calibrado no METAS. |
| RESULTADO | Aprovado |

Etiqueta Informativa n.º 2024-001-072285-7

Nota: Ao abrigo da Portaria n.º 352/2023 de 14 de novembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos cinemómetros, a operação associada a este Certificado de Verificação, no caso de aprovação, é válida por um ano, após a data da sua realização.

RESPONSÁVEL DE DOMÍNIO
VELOCIDADE

DIRETORA
DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

O presente Certificado de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).